RESMED

HUMIDX PLUS PER AIRMINI

DESCRIZIONE

HumidX Plus è l'innovativo sistema di umidificazione di ResMed specifico per il dispositivo AirMini.

Si tratta di un umidificatore che permette lo scambio di umidità e calore durante l'utilizzo mediante il ciclo inspirazione/espirazione naturale.

HumidX plus differisce da HumidX per la quantità di umidità che è in grado di scambiare.

Attenzione: HumidX Plus è compatibile esclusivamente con AirMini, AirFit P10, AirFit N20, AirFit N20 Classic e nessun altro dispositivo o maschera.

HUMIDX E HUMIDX PLUS

Si raccomanda di cominciare utilizzando HumidX standard, la prima volta che si utilizza la funzione di umidificazione. Sostituire HumidX con HumidX Plus solamente nel caso in cui non si ritenga sufficiente l'umidificazione fornita dal modello standard.

Le maschere AirFit P10 e AirFit N20 sono compatibili con il sistema HumidX, mediante l'uso del circuito apposito incluso nel kit. La maschera AirFit F20, attualmente, NON è compatibile con il sistema HumidX.

DURATA DI HUMIDX

L' HumidX Plus comincia ad assorbire umidità dall'aria non appena viene estratto dalla sua confezione. E' importante quindi sostituire HumidX Plus dopo 30 giorni al massimo dalla sua apertura, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato o meno. Dopo un mese, l'efficacia di HumidX Plus comincia a decrescere rapidamente, diventando inutilizzabile in breve tempo.

©2018 SonnoService

Come Montare HumidX

Montaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e dividerlo in due parti. Posizionando la base di colore blu verso il basso, assicurare l'unità HumidX Plus al connettore. Ricollocare il tutto contro il circuito e ruotare in senso opposto per riagganciare il pezzo.

Smontaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e dividerlo in due parti. Rimuovere l'unità HumidX Plus ogni 30 giorni per rimpiazzarla con una nuova. Ricollocare il tutto in posizione come spiegato sopra.

Pulizia

Smontare ogni parte dell'unità, separando dispositivo da maschera, circuito, HumidX Plus e filtri.

Verificare giornalmente la presenza di danni o blocchi all'unità. Rimpiazzare l'unità dopo 30 giorni dall'apertura della confezione (anche quando non utilizzata). NON lavare assolutamente, l'acqua compromette il funzionamento di HumidX Plus.

©2018 SonnoService
Numero Verde 800.635.040
www.sonnoservice.it | sonnoservice@sapio.it